

Code	Assigned value	Acceptable range
PC-S-A2302	12,8 µg/L	8,43 - 17,2
PC-S-A2303	86,4 µg/L	66,7 - 106
PC-S-A2304	20,5 µg/L	14,4 - 26,6
PC-S-A2305	50,6 µg/L	38,9 - 62,3
PC-S-A2306	36,5 µg/L	27,3 - 45,7
PC-S-A2307	74,0 µg/L	57,9 - 90,1
PC-S-A2309	47,5 µg/L	36,2 - 58,8
PC-S-A2310	29,5 µg/L	21,7 - 37,3
PC-S-A2311	141 µg/L	110 - 172
PC-S-A2312	53,3 µg/L	40,4 - 65,6
PC-S-A2313	21,7 µg/L	15,5 - 27,9
PC-S-A2314	88,6 µg/L	69,7 - 107
PC-S-A2315	35,7 µg/L	27,2 - 44,2
PC-S-A2401	22,7 µg/L	16,2 - 29,2
PC-S-A2403	41,5 µg/L	31,7 - 51,3
PC-S-A2406	34,9 µg/L	26,2 - 43,6
PC-S-A2407	51,9 µg/L	40,0 - 63,8
PC-S-A2408	14,6 µg/L	9,74 - 19,5
PC-S-A2410	17,1 µg/L	12,1 - 22,1
PC-S-A2411	21,3 µg/L	15,6 - 27,0
PC-S-A2413	47,9 µg/L	36,0 - 59,8
PC-S-A2414	18,4 µg/L	12,8 - 24,0
PC-S-A2415	31,8 µg/L	23,5 - 40,1
PC-S-A2501	21,5 µg/L	15,5 - 27,5
PC-S-A2502	41,9 µg/L	31,3 - 52,5
PC-S-A2503	17,6 µg/L	12,5 - 22,7
PC-S-A2504	80,1 µg/L	63,0 - 97,2
PC-S-A2505	23,1 µg/L	16,8 - 29,4
PC-S-A2506	38,8 µg/L	29,8 - 47,8
PC-S-A2507	167 µg/L	131 - 203
PC-S-A2508	39,1 µg/L	29,5 - 48,7
PC-S-A2509	46,5 µg/L	36,0 - 57,0