

	Copper		Zinc	
Code	Assigned value	Acceptable range	Assigned value	Acceptable range
PC-U-R2301	112 µg/L	94,0 - 130	734 µg/L	625 - 843
PC-U-R2302	23,7 µg/L	18,3 - 29,1	309 µg/L	254 - 364
PC-U-R2303	13,3 µg/L	8,94 - 17,7	413 µg/L	343 - 483
PC-U-R2304	11,6 µg/L	8,14 - 15,1	269 µg/L	217 - 321
PC-U-R2305	31,2 µg/L	24,7 - 37,7	480 µg/L	402 - 558
PC-U-R2306	529 µg/L	450 - 608	946 µg/L	806 - 190
PC-U-R2307	162 µg/L	137 - 187	404 µg/L	335 - 473
PC-U-R2308	113 µg/L	95,2 - 131	300 µg/L	244 - 356
PC-U-R2309	76,4 µg/L	63,7 - 89,1	644 µg/L	547 - 741
PC-U-R2310	685 µg/L	586 - 784	1140 µg/L	982 - 1300
PC-U-R2311	11,3 µg/L	7,96 - 14,6	270 µg/L	221 - 319
PC-U-R2312	53,6 µg/L	44,2 - 63,0	1580 µg/L	1370 - 1790
PC-U-R2313	16,6 µg/L	12,6 - 20,6	238 µg/L	192 - 284
PC-U-R2314	32,5 µg/L	26,1 - 38,9	483 µg/L	405 - 561
PC-U-R2315	252 µg/L	214 - 290	713 µg/L	604 - 822
PC-U-R2401	338 µg/L	228 - 388	209 µg/L	166 - 252
PC-U-R2402	8,39 µg/L	5,59 - 11,2	290 µg/L	238 - 342
PC-U-R2403	12,0 µg/L	8,56 - 15,4	287 µg/L	234 - 340
PC-U-R2404	126 µg/L	105 - 147	845 µg/L	720 - 970
PC-U-R2405	46,4 µg/L	38,0 - 54,8	441 µg/L	360 - 522
PC-U-R2406	12,9 µg/L	9,36 - 16,4	169 µg/L	132 - 206
PC-U-R2407	64,2 µg/L	53,1 - 75,3	569 µg/L	480 - 658
PC-U-R2408	81,1 µg/L	67,2 - 95,0	617 µg/L	522 - 712
PC-U-R2409	20,7 µg/L	16,0 - 25,4	764 µg/L	652 - 876
PC-U-R2410	727 µg/L	617 - 837	1130 µg/L	971 - 1290
PC-U-R2411	47,3 µg/L	39,0 - 55,6	387 µg/L	300 - 474
PC-U-R2412	29,4 µg/L	23,5 - 35,3	426 µg/L	356 - 496
PC-U-R2413	21,7 µg/L	16,8 - 26,6	549 µg/L	464 - 634
PC-U-R2414	12,5 µg/L	9,12 - 15,9	278 µg/L	228 - 328
PC-U-R2415	103 µg/L	86,0 - 120	716 µg/L	607 - 825
PC-U-R2501	15,0 µg/L	10,9 - 19,1	579 µg/L	485 - 673
PC-U-R2502	103 µg/L	86,1 - 120	1180 µg/L	1010 - 1350
PC-U-R2503	477 µg/L	404 - 550	486 µg/L	404 - 568
PC-U-R2504	61,9 µg/L	51,2 - 72,6	479 µg/L	402 - 556
PC-U-R2505	13,7 µg/L	9,94 - 17,5	413 µg/L	343 - 483
PC-U-R2506	12,8 µg/L	9,30 - 16,3	326 µg/L	266 - 386